
ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR

I.D.: 33556221

Data publicarii	01.02.19	Coduri CPV	19520000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 05.02.19

Descriere: Ochratoxina A - Coloane de imunoafinitate captușite cu anticorpi antiochratoxina A pentru determinari de micotoxine prin HPLC Set 50 coloane Volum coloana ~3 ml, Strat gel :0,5 ml, Factor de recuperare >70%, Rata de curgere : 1ml/min. Anticorpul : monoclonal anti-ochratoxina A Să prezinte protocol de lucru separat pentru fiecare din următoarele matrici: cereale, vin, paprika, cacao, boabe de cacao, lichior de cacao, fructe uscate, cafea prajita, cafea verde, cafea solubila, bauturi alcoolice spirtoase, bere, turmeric. Capacitate coloanei verificată la nivel de 5ppb si 50ppb. Termen de valabilitate cel puțin 12 luni de la data livrării. Va fi însoțit de certificate de calitate producator. set 1
