

Furnizare pat ATI

I.D.: 60434743

Data publicarii	31.08.21	Coduri CPV	33192100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 09.09.21

Descriere: Spitalul Municipal "dr. Eugen Nicoara" Reghin intentioneaza achizitia a 6 bucati pat ATI cu urmatoarele caracteristici minime : - ajustare electrica spate 0-68 grade +/- 3 grade, picioare 0-28 grade +/- 2 grade, inaltime 50-80 cm +/- cm (cu motor min. 6000N), Trendelenburg (normal si revers) 0-16 grade +/- 1 grad - constructie metalica, vopsit in camp electrostatic cu o sarcina activa de lucru de min 230 kg si pasiva de min 400 kg - platforma saltea compusa din 4 sectiuni din plastic PE, minimum 3 detasabile, lungime sectiuni : spate 800 mm, sesut 200 mm, coapse 325 mm si gambe 530 mm +/- 3 mm, latime platforma saltea extern 890 mm +/- 5mm - panouri cap/picioare din plastic PE detasabile cu min. 2 manere incorporate - Telecomanda : ajustari spate, picioare, autocontur, inaltime - panou comanda : buton activare, indicator acumulator, butoane pentru blocare selectiva functii, ajusteri : spate, picioare, autocontur, inaltime, trendelenburg (normal si revers), buton trendelenburg urgenta, buton CPR, buton pozitionare examinare, buton pozitionare cardiaca, buton pozitionare Fowler - Cantar integrat : afisaj electronic, afisare kg, cantarire instantana si continua, sensibilitate swlwcabila 100 g si 500g, alarma modificare greutate la crestere si scadere - acumulator inclus - tampoane de protectie la colturi din plastic - mobilitate cu 4 roti cu sistem central de franare - suport perfuzie ajustabil in inaltime - carlig pt. punga urina - saltea cu inaltime 12 cm cu husa lavabila si impermeabila - conformitate CE - noptiera metalica cu masuta
