

## Rpr Carbon

I.D.: 94995129

---

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 52,36 RON - 52,36 RON

---

Descriere: CONTINUT COD 36001 COD 36002 A. Reactiv 1 x 2.2 ml 1 x 8 ml C-.Control negativ 1 x 1 ml 1 x 1 ml C+.Control pozitiv 1 x 1 ml 1 x 1 ml Carduri test (cu slide-uri) 10 50 Betisoare amestecatoare 1 x 100 1 x 500 Sticluta pipetare 1 2 Ac pipetare 1 2 COMPOZITIE A.Reactiv . Suspensie stabilizata de lipide si carbon, azida de sodiu 0.95 g/l. C-.Control negativ : Ser , azida de sodiu 0.95 g/l. C+.Control pozitiv: Ser reactiv impotriva antigenelor nontreponemice, azida de sodiu 0.95 g/l. Carduri test Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta. Flacon pipetare. Ac pipetare. ECHIPAMENT ADITIONAL Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm. PROBA Ser sau plasma recoltate prin proceduri standard CARACTERISTICILE METODEI

- Sensibilitate analitica: echivalenta cu aceea observata cand se utilizeaza „serul uman de referinta pentru teste nontreponemice”(cod BS1505) (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, GA, USA. •Rezultate false: rezultatele obtinute cu acest reactiv au indicat mai putin de 0.5 ‰ probe false din probele de RPR pozitive si negative pentru testele treponemice, de unde rezulta o specificitate mai mare de 99.9% la persoanele sanatoase. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. •Interferente: hemoglobina (20 g/l) si bilirubina (10 mg/dl) nu interfera.Factorul reumatoid (75 UI/ml) si lipemia ( trigliceride 2.5 g/l) interfera..Alte medicamnte s substante pot interfera

---