

RPR Carbon Test

I.D.: 38993288

Data publicarii	09.10.19	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	35,00 RON - 35,00 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: METODEI Reaginele plasmatic, anticorpi directionati impotriva antigenelor derivate din surse nontreponemice, agrega cu antigenul si coaglutineaza cu particulele de carbon1. CONTINUT COD 36001 COD 36002 A. Reactiv 1 x 2.2 mL 2 x 5.5 mL C -. Control negativ 1 x 1 mL 1 x 1 mL C +. Control pozitiv 1 x 1 mL 1 x 1 mL Carduri test (cu slide-uri) 10 50 Betisoare amestecatoare 1 x 100 5 x 100 Sticluta pipetare 1 2 Ac pipetare 1 2 COMPOZITIE A. Reactiv: Suspensie stabilizata de lipide si carbon, azida de sodiu 0.95 g/L. C-. Control negativ: Ser , azida de sodiu 0.95 g/L. C+. Control pozitiv: Ser reactiv impotriva antigenelor nontreponemice, azida de sodiu 0.95 g/L. Carduri test (observatia 1). Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta. Flacon pipetare. Ac pipetare. Serul uman utilizat pentru prepararea controalelor negativ si pozitiv a fost testat si a fost gasit negativ pentru prezenta anticorpilor anti-HCV si HIV precum si pentru antigenul HBs. Totusi, standardul trebuie manipulat cu precautie, ca si cum ar fi potential infectios.