

Test Rapid COVID Antigen Lateral Nazal Boson HSC DSP 1278

I.D.: 100598299

Data publicarii 25.07.24 Coduri CPV 33696500-0

Pretul estimativ: 735,00 RON - 735,00 RON

Descriere: Test Rapid Antigen COVID Self-Test Nazofaringian (1 buc) Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 este un test in vitro bazat pe imunocromatografie. Este conceput pentru determinarea rapidă calitativă a antigenului virusului SARS-CoV-2 în tampoane nazale de la indivizi cu sau fără simptome sau alte motive epidemiologice pentru a suspecta COVID-19. Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 detectează proteina nucleocapsidică SARS-CoV-2 (proteina N). Performante testare: - Specificitate = 99.84% - Sensibilitate = 97.70% - Acuratete: 98.97% Materiale incluse: - 1x card de test rapid Antigen SARS-Cov-2 (1) - 1x tampon steril (3) - 1x tub de extractie preumplut cu solutie tampon (2) - 1x instructiuni de utilizare (RO) - suport tub (incadrat in cutie) Sumar instructiuni (inainte de testare, va rugam cititi cu atentie instructiunile complete din prospect): 1. Colectarea de probe: - introduceti cu grija tamponul intr-o nara pacientului, astfel incat varful sa fie introdus la cel puțin 2.5 cm de marginea narii. - rulati tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din interiorul narilor pentru a va asigura ca sunt colectate atat mucusul, cat si celulele. Lasati tamponul in nara cateva secunde. - cu ajutorul aceluiasi tampon, repetati procesul pentru cealalta nara. - retrageti tamponul din cavitatea nazala 2. Prepararea probelor: - indepartati sigiliul de pe tubul de tampon de extractie, introduceti tamponul cu proba in tub si rotiti tamponul de 3 pana la