
TEST HELIX PENTRU STERILIZARE CU ABUR - TERMEN DE VALABILITATE MINIM 12LUNI

I.D.: 103393184

Data publicarii	26.09.24	Coduri CPV	33198200-6 33124131-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: Test Helix PCD pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare. Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 7 minute la 134 C/20 minute la 120 C Culoarea se schimba din galben in negru Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Marcaj CE ; declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Conformitate standard EN ISO 11140-1, EN 867-5 TERMEN DE VALABILITATE: MINIM12LUNI Presentare: Pachet dispozitiv+ 250 indicatori+ saculet bumbac
