

Test (teste) rapid BOSON Antigen SARS-CoV-2, COVID-19, Nazofaringian, Lista DSP si CE, Cod 1278

I.D.: 72152658

Data publicarii	10.08.22	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 954,00 RON - 954,00 RON

Descriere: . Specificitate 99,16 %, Precizie 98.25%, Recoltare nazofaringiana. Calitate certificata. Test rapid antigen Nova nazofaringian aflat in lista DSP (COD RAPORTARE 1278) si in lista comuna EU, avizate de Ministerul Sanatatii.. Cardul de testare rapida a antigenului SARS-CoV-2 este un dispozitiv cu flux lateral imunocromatografic care foloseste principiul metodei sandwich cu dublu anticorp. Anticorpilor anti-SARS-CoV-2 conjugati cu aur coloidal sunt imobilizati uscat pe dispozitivul de testare. Cand se adauga specimenul, acesta migreaza prin difuzie capilara prin banda pentru a rehidrata complexele conjugate cu aur. Daca sunt prezenti sau peste limita de detectie, antigenele virale SARS-CoV-2 vor reactiona cu complexele conjugate de aur pentru a forma particule, care vor continua sa migreze de-a lungul benzii pana in zona de testare (T) unde sunt capturate de imobilizati anticorpi anti-SARS-CoV-2 pentru a forma o linie rosie vizibila. Daca nu exista antigeni virali SARS-CoV-2 in specimen, nicio linie rosie nu va aparea in zona de testare (T). Complexele conjugate de aur vor continua sa migreze singure pana cand vor fi capturate de anticorp imobilizat in zona de control (C) MATERIALE FURNIZATE a) 20 bucati - Card de testare rapida a antigenului SARS-CoV-2 b) 20 bucati - Tampoane sterilizat (betisoare prelevare) c) 20 bucati - Tuburi de extractie d) 20 bucati - Recip PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA