

MODERNIZARE LABORATOR HIPERBAR (Contract de furnizare cu proiectare si montaj)

I.D.: 38181911

Documente participare:

- 2-CN1014681.zip

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	37412200-1
Termenul limita pentru depunere:	25.10.19	Pretul estimativ:	48.925.000,00 RON - 48.925.000,00 RON

Descriere: Contractul de furnizare cu proiectare si montaj "MODERNIZARE LABORATOR HIPERBAR" include : - Proiectarea ansamblului (breviare de calcul, detalii execuție...) inclusiv redimensionarea/ proiectarea instalației electrice, - Demontarea și scoaterea de pe poziție a echipamentelor existente, - Achiziția, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor nominalizate, - Lucrări conexe - refacerea incintei la starea inițială ca urmare a operațiunilor de demontare/ montare, execuție instalație electrică și alte operațiuni executate conform contract. Descrierea achizitiei publice : Demontare sistem hiperbaric existent, proiectare/achiziție/ montare+punere în funcțiune sistemul-LABORATOR HIPERBAR precum și execuție servicii/ lucrări conexe. Cantitățile sunt conform Caietului de sarcini. Demontarea,scoaterea din încăperi și amplasarea în spațiile indicate din interiorul U.M. 02145 a ansamblului de scufundare ASS500 și a echipamentelor conexe funcționării acestuia și înlăturarea de obstacole în vederea instalării noilor echipamente cade în sarcina exclusivă a ofertantului.Toate echipamentele/mijloacele auto/utilajele necesare pentru aceste operațiuni vor fi asigurate de către ofertant. Toate echipamentele /piesele/subansamblele și/sau materialele care se înlocuiesc sunt proprietate a beneficiarului. La cererea beneficiarului,de la data ieșirii din operativitate a sistemului hiperbaric existent și până la recepția noului sistem,furnizorul are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului la sediul acestuia, o barocameră mobilă/ containerizată compusă din EL și ML cu diametrul de min. 1600 mm,certificată pentru pres. de lucru de minim 5 bar,echipată corespunzător inclusiv pentru executarea de decompresie la suprafață pentru un număr de minim 4 scafandri poziționați în ML. Barocamera va avea un sistem de respirat la masca BIBS astfel conceput încât să permită respirarea amestecurilor respiratorii, inclusiv O2 100%. Termenul în care operatorii economici pot solicita clarificări/informații suplimentare este până în a 20-zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare este in a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor
