

---

## Indicatori; Sigilii

I.D.: 94103952

---

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	33198200-6 35121500-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 4.217,60 RON - 4.217,60 RON

---

Descriere: Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. Ambalare: 120 carduri/cutie. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; Dimensiune 90 x 50 mm Sigilii plastic de unica folosinta pentru sterilizare cu abur 121 C-134 C; Bionova:Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 24 h /60 C in incubator conventional, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Benzile autoadezive cu indicator se prezinta sub forma de role de 19 mm latime si 50 de metri lungime.

---