
Dezinfectant instrumentar BIONET PAA

I.D.: 44095254

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 61,52 RON - 61,52 RON

Descriere: dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentar este indicat pentru curatarea ai dezinfectia de nivel înalt a endoscoapelor, instrumentelor medicale, stomatologice si de diagnostic. Inainte de dezinfectia finala se recomanda curatarea prealabila a instrumentarului, pentru a indeparta resturile organice. Pentru acest scop se poate folosi o doza redusa de Bionet PAA (10g la 1L Apa - 1%) pentru scufundarea instrumentarului, dupa care se curata prin periere si irigare corpurile adânci. Se clateste instrumentarul cu apa de la retea, înainte de a trece la dezinfectia finala . Pentru dezinfectia finala se dizolva 20 grame pulbere (aproximativ o ligurita dozatoare rasa) in 1 L apa calduta (2%), în acest fel se obtine o solutie ce contine acid peracetic 4g/L (4000 ppm). Se agita bine pâna la solubilizarea completa a pulberii. Se scufunda în întregime timp de 30 min instrumentarul curatat în prealabil. Se iriga corpurile adânci. Se clateste instrumentarul cu apa sterila. Solutia de lucru 2%, in conditii de curatenie, prezinta un efect dezinfectant de nivel înalt timp de 48 ore.
