

---

## **CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B ( MATERII FECALE )**

I.D.: 55902281

---

Data publicarii	09.04.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.000,00 RON - 6.000,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: TEST IMUNOCROMATOGRIFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII FECALE - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.

---