
Indicator biologic/ Indicatori biologici Abur FIOLA B Stearothermophilus BIONOVA BT20

I.D.: 72724271

Data publicarii 02.09.22 Coduri CPV 33124131-2 33198200-6 38341500-2

Pretul estimativ: 3.453,50 RON - 3.453,50 RON

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-135 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 24 h /60 C in incubator conventional, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Certificat de calitate pe fiecare lot in parte Certificat de conformitate, avizat CE, MS. VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda ferma AVIZE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE
