

## Reactivi biochimie pentru Analizorul A15

I.D.: 39445606

Data publicarii 30.10.19 Coduri CPV 33696500-0

Termenul limita pentru depunere: 04.11.19 Pretul estimativ: 4.053,77 RON - 4.053,77 RON

Descriere: Reactivi biochimie(Analizor A15) 1. HDL COLESTEROL DIRECT-kit 1 Nu include calibrator, liquid stable, 2 reactivi, : R1=1x60ml+R2=1x20ml, CE mark, se lucreaza din: ser 2. ALT(TGP) KIT 1000 ML-1 buc,format din 2 reactivi1000ml: R1=800ml+R2=200 ml, CE mark, se lucreaza din: ser/plasma EDTA/plasma heparinizata 3. AST(TGO)KIT 1000ML-1 buc, format din 2 reactivi, 1000ml: R1=800ml+R2=200ml, CE mark, se lucreaza din: ser/plasma EDTA/plasma heparinizata 4. Glucose(1000 ml)-kit 1 Reactiv (A)1 x 1 LStandard 1 x 5 ml A.Reactiv. Fosfat 70 mmol/l, fenol 5 mmol/l, glucozoxidaza >10U/ml, peroxidaza >1 U/ml, 4-aminoantipirina 0.4 mmol/l, pH 7.5 5. COLESTEROL(1000 ML)-KIT 1, Reactiv (A) 1 x 1 L Standard(S) 1 x 5 ml A.Reactiv. Pipes 35 mmol/L, sodiu cholate > 0,5 mmol/L, fenol 28 mmol/L, colesterol esteraza > 0,2 U/ml, colesterol oxidaza > 0,1U/mL, peroxidaza > 0,8 U/mL, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L, pH 7,0. Ser sau plasma, recoltate prin proceduri standard. 6.TRIGLICERIDE (2x250 ML)-KIT 1 7..GGT(1X40+1X160)-KIT 3 A. Reactiv 1 x 40 ml 1 x 160 mlB. Reactiv 1 x 10 ml 1 x 40 ml A.Reactiv: Glicilglicina 206.25 mmol/l, hidroxid de sodiu 130 mmol/ml, pH 7.9 B.Reactiv: gama-glutamyl-3-carboxi-4-nitroanilina 32.5 mmol/l. 8. . UREE(2X200+2X50 ml,)-KIT 3, A.Reactiv: Tris 100 mmol/l, 2-oxoglutarat 5.6 mmol/l, ureaza >140 U/ml, glutamat dehidrogenaza>140 U/ml, etilenglicol 220 g/l, azida de sodiu 9.5 g/l, pH 8.0,B.Reactiv: NADH 1.5 mmol/l, azida de sodiu 9.5 g/l 9.CREATININA-kit 1000 ml reactive 1 x500 ml reactiv 2 1x500 ml -1 buc A.Reactiv. Acid picric 25 mmol/L, B.Reactiv . Hidroxid de sodiu 0.4 mol/L, detergent S.mg/dl=177 µmol/l. Standard lichid primar 10. URINA CONTROL NORMAL -3 BUC, URINALYSIS Control Negative 1x8ml PREZENTARE: Lichid, valabilitate 12 luni la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui; dupa deschidere valabilitate o luna la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui. ANALITI: Glucoza, Bilirubina, Cetone, densitate, pH, sange, Proteine, Urobilinogen, Nitriti, Leucocite, Microalbumina, Creatinina si Calciu. Valori pentru analizoarele:DIRUI (A10,E10,M10,H series,H800). 11. URINA CONTROL PATOLOGIC-3 buc, URINALYSIS Control Positive 1x8ml PREZENTARE: Lichid, valabilitate 12 luni la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui; dupa deschidere valabilitate o luna la +2-8C sigilat si protejat de lumina soarelui. ANALITI: Glucoza, Bilirubina, Cetone, densitate, pH, sange, Proteine, Urobilinogen, Nitriti, Leucocite, Microalbumina, Creatinina si Calciu. Valori pentru analizoarele: DIRUI (A10,E10,M10,H series,H800), BAYER(10SG), ROCHE(Combur10), KYOTO(10EA) 12. Fluid Pack Smart Lyte pentru Analizor ioni Smart Lyte-3 buc