

---

## **Test/teste Bowie Dick pachet /indicator chimic integrator tip 5/clasa 5 abur/autoclav INTEGRON / REZI**

I.D.: 104361316

---

Data publicarii	15.10.24	Coduri CPV	33198200-6 38341500-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.630,00 RON - 1.630,00 RON

---

Descriere: PEDI II OH /PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja plasata intre campuri) pentru verificarea penetrarii aburului in sterilizatoarele cu prevacuum 134C, timp de 3.5 minute. Dimensiune 120 x 120 x 10. Schimbarea culorii de la verde la negru/ Grafic de culoare pentru identificarea eventualelor erori in procesul de sterilizare. Cerneala nu contine metale grele Ambalaj exterior filtrant hartie medicala Marcaj CE/ Declaratie de conformitate UE In conformitate cu standardele ISO11140-1 si ISO11140-4; Instructiuni de utilizare in limba romana despre utilizarea si interpretarea produsului. Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cerneala se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Conditiiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearo

---