

Masa de lucru

I.D.: 66960191

Data publicarii 10.03.22 Coduri CPV 39181000-4 39314000-6

Termenul limita pentru depunere: 16.03.22

Descriere: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, doreste sa studieze urmatoarele aspecte financiare si tehnice: Masa de lucru trebuie sa aibe suprafata lavabila si usor de dezinfectat; Dimensiuni L*I*H 2450*750*950 mm; Din structura metalica, realizata din profil metalic din teava rectangulara acoperita de vopsea epoxidica gri aplicata electrostatic in straturi suprapuse; Prevazuta la partea inferioara cu 7 spatii de depozitare cu polite din pal gri 18mm, doua sertare echipate fiecare cu cate 2 neoane si cate un intrerupator aplicat pe fata de sertar; Lateraleel mesei inchise cu pal 18mm gri; Picioare cu reglaj la pardoseala; Blat de lucru din HPL compact de 16mm, prevazut cu doua locasuri pentru geam sablat securizat;
