
Instalatie de apa deionizata pentru Laboratorul de Imunologie

I.D.: 31557764

Data publicarii	26.10.18	Coduri CPV	45253600-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 30.10.18

Descriere: Specificatii tehnice: -Instalatia trebuie sa aiba un sistem de dezinfectie (lampa UV), -Viteza de productie a apei pure : aprox 20 litri/ ora, -Rezervor de stocare a apei: min 50 litri, - Conductivitatea apei obtinute : sub 4 microS/cm, -Apa obtinuta trebuie sa fie adecvata prepararii de reactivi, sa fie conforma cu standardul ASTM II (apa ultrapura). Se solicita si oferta financira pentru consumabilele aferente : filtre, rasini etc.
