
Servicii de etalonare/calibrare a etaloanelor de ordin primar din CNE Cernavoda

I.D.: 38952496

Data publicarii	08.10.19	Coduri CPV	50433000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Conform Caietului de sarcini CR 29322 Serviciul necesar a fi achizitionat consta in etalonarea/calibrarea etaloanelor de ordin primar din CNE Cernavoda, pentru asigurarea transmiterii unitatii de masurare (tensiune continua, rezistenta electrica si transfer AC/DC) etaloanelor de ordin inferior utilizate la CNE Cernavoda. Echipamente, cantitati: 1. FLUKE 792A Standard de transfer AC/DC - 1 bucata; 2. FLUKE 732B Sursa etalon de tensiune: 1,018 Vdc; 10 Vdc - 1 bucata; 3. FLUKE 742A-1 Rezistor etalon primar 1 Ω - 1 bucata; 4. FLUKE 742A-10k Rezistor etalon primar: 10 k Ω - 1 bucata; 5. FLUKE 742A-1M Rezistor etalon primar 1 M Ω - 1 bucata; 6. FLUKE 742A-10M Rezistor etalon primar 10M Ω - 1 bucata. Se va etalona fiecare echipament in parte, utilizandu-se etaloane de exactitate ridicata in conformitate cu prescriptiile fabricantului referitor la transmiterea unitatilor de masurare in domeniul marimilor electrice. Etaloanele vor fi transportate de CNE Cernavoda la Prestator si vor fi insotite de personal calificat in intretinerea si utilizarea acestor echipamente (doua persoane). Aceste persoane vor asigura alimentarea si reincadrarea periodica a acumulatorilor incorporate, in vederea pastrarii datelor de calibrare.
