

Achizitie truse de diagnosticare

I.D.: 33082799

Data publicarii	10.01.19	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.01.19	Pretul estimativ:	4.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: 1.Kit ELISA Alergeni: Susan Kit - 48 godeuri, Curba de calibrare in domeniul 0-20ppm, Matrici : produse pe baza de cereale, produse de patiserie, inghetata si ciocolata. Limita de detectie a kitului - minim 0,24mg/kg; Limita de cuantificare a kitului - 2,5 mg/kg; Nu da reactii incrucisate: caju, nuci braziliene, pecan, alune de padure, nuca cocos, nuca macadamia, nuca, castane, seminte floarea-soarelui, fasole lima. kit 1 2.Kit ELISA Alergeni: arahide (peanut) 48 godeuri, Matrici : produse pe baza de cereale, produse de patiserie, inghetata si ciocolata. Limita de detectie a kitului sa fie de minim 1.6mg/kg, Kit-ul sa fie insotit de reagentii necesari pentru determinarea produselor pe baza de cacao. kit 1 3.Kit ELISA Alergeni: Migdale (Almond) Kit - 48 godeuri, Utilizare : determinarea cantitativa a alergenilor- migdale din produse alimentare prin tehnica imunoenzimatica . Matrici : alimente tip cereale produse de patiserie, inghetata si ciocolata. Caracteristici tehnice: Kitul trebuie sa contina 5 standarde : 0 ppm ; 3.3ppm ; 10ppm ; 30ppm ; 90ppm. Limita de detectie a kitului sa fie de 2.5mg/kg(ppm) adica 0.00025% alune in proba. Timpul de prelucrare pentru 10 probe sa fie de aproximativ 60 minute. Va fi insotit de certificate de calitate si date de validare. kit 1 Termen de valabilitate cel puțin 5 luni de la data livrării, în acest caz livrările fiind făcute trimestrial.
