
Revizie periodica incubator cu CO2

I.D.: 41957779

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	71356000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: In cadrul reviziei se verifica: - starea generala a incintei incubatorului (lipsa punctelor de coroziune, curatenia in locurile inaccesibile), la incubatoarele cu refrigerare se va demonta capacul lateral pentru constatarea eventualelor neetanseitati la sistemul frigorific. - functionarea sistemului de protectie la temperatura; - se va seta aparatul la o temperatura medie a domeniului de lucru si se va masura temperatura din centru; dupa stabilizarea temperaturii se asteapta 30-60 minute si se compara media obtinuta cu valoarea setata; daca deviatia este mai mare de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 0-60 $^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pt. temp. 60-100 $^{\circ}\text{C}$ se va recomanda efectuarea calibrarii temperaturii. - Se va verifica instalatia de CO2 si sintele de siguranta aferente, - Se va verifica stabilitatea indicatiei de CO2 Garantie: 12 luni
