
Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav FIOLA 121 / 134 PROMOTIE

I.D.: 92054862

Data publicarii 17.01.24

Coduri CPV

33198200-6

Pretul estimativ: 276,00 RON - 276,00 RON

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10⁶ - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 24 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCESA www.axiomed.ro
