

Aparate de dezinfectie a aerului cu raze UVC

I.D.: 97207763

Documente participare:

- Consultarea pietei.pdf

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	33191000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 21.05.24

Descriere: Necesarul solicitat de sectii este destinat saloanelor si spatiilor cu risc inalt de contaminare: saloane postoperator, sali tratament, pansamente si consultatii, spatii de colectare a deseurilor, oficii alimentare Din necesitatile identificate, exista cateva recomandari legate de specificul aparatelor: - Sa permita prezenta umana in timpul functionarii lor - Sa functioneze 24 ore din 24 - Sa fie fixate pe perete - Sa acopere un spatiu de marime medie de 40m² si H=2,5m pana la tavan - Volumul incaperii ce trebuie dezinfectat este in medie de 100m³ - Sistemul sa fie prevazut cu filtre care sa atenueze contactul cu pielea sau ochii - Intervalul de sterilizare a aerului in procent de 99,9% sa fie de 30 minute Specificatiile tehnice ale produselor ce fac obiectul consultarii se regasesc in fisierul atasat. Ofertele transmise se vor utiliza pentru efectuarea studiului de piata, in vederea stabilirii valorii estimate a achizitiei. Preturile vor fi exprimate in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale. Ofertele financiare se vor transmite, in format editabil pe adresa de mail: achizitii@urgentaflorasca.ro Ofertele vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind asumarea specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Aspecte supuse consultarii: Propunere tehnica, termen de livrare, termen de plata, propunere financiara. La elaborarea ofertei se va utiliza denumirea produselor din fisierul atasat. Nota: Se vor lua in considerare doar ofertele care respecta cerintele tehnice si modul de prezentare solicitat prin prezentul anunt. Ofertele ce nu sunt insotite de declaratia pe propria raspundere privind asumarea cerintelor tehnice nu vor fi luate in calcul.
