

Teste rapid antigen COVID [POIM MySMIS 149180] - ADV1281711

I.D.: 69068155

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	38900000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	79.200,00 RON - 79.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Test rapid antigen SARS-CoV-2 (Imunocromatografie) Testare rapidă pentru antigenul SARS-CoV-2 (diagnostic in 15 minute) Ambalarea este de 20 de teste / cutie individuala cu urmatoarea componenta: - Caseta de testare - 20 buc. - Tub de extractie colector cu capac infiletat picurator - 20 buc. (tubul cu gradatie) - Recoltor de saliva cu burete - 20 buc. - Blister cu reactiv extractie 0.8 ml - 20 buc. - Instructiuni de folosire limba romana - 20 buc. Procedura de lucru: 1. Ambalajuse deschide și se scoate recoltorului de imbibare a salivei. 2. După o tuse profundă, se pune imediat buretele recoltorului sub limbă sau între gingia inferioară și obraz. Se lasa acolo 5-minute pentru a absorbi saliva până când buretele devine moale. 3. Se deschide capacul și se introduce recoltorul de imbibare în tubul de colectare. Se stoarce ușor saliva din burete și apoi se scoate recoltorul. 4. Se rupe capacul blisterului prin rotire și se strânge bliserul cu reactiv pentru a scurge tot lichidul in tubul recoltor. Se închide capacul și se agita pentru a se amesteca bine. 5. Se scoate caseta de testare din punga sigilată. 6. Se adauga 3-4 picături din extracția probei tratate (60μL-80μL - se urmareste gradatia tubului colector) vertical în godeul de probă. 7. Se citește rezultatul după 15 minute. Caracteristici de performanta si precizie: PPA: 95,10% (95%CI: 89,03%-97,89%) NPA: 99,50% (95%CI: 98,19%-99,86%) OPA: 98,60% (95%CI: 97,14%-99,32%)
EXPLICAȚIA TERMENILOR: PPA: Acord procentual pozitiv = Adev
