
Test strip integrator pentru dispozitiv compact Bowie Dick + HELIX

I.D.: 87539163

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.09.23 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 24.000,00 RON - 24.000,00 RON

Descriere: Test strip integrator pentru dispozitiv compact Bowie Dick + Helix Test HELIX - verifica eliminarea aerului din incinta camerei de sterilizare, penetrarea aburului si realizarea vacuum-ului necesar pentru sterilizarea instrumentelor tubulare (cu lumen). Evaluarea eficacitații sterilizării se realizează: Ordin 1761/2021 Cap II, alineat 2 lit (b - dacă se efectuează sterilizarea instrumentarului cu lumen, se controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Helix, la fiecare șarjă de sterilizare; Test Bowie-Dick - folosit zilnic dupa pornirea sterilizatoarelor cu abur, ca o verificare a functionalitatii cu simularea unei incarcaturi de 7 kg. Evaluarea eficacitații sterilizării se realizează: Ordin 1761/2021 Cap II, alineat 2 lit (a - (a) zilnic, prin testul Bowie & Dick, care controlează calitatea penetrării aburului; Stripul este autoadeziv pentru documentarea zilnica. Acelasi strip poate fi folosit pentru a acoperi cele 2 teste, Bowie-Dick (dimineata) si Helix (la fiecare sarja cu instrumentar tubular/cu lumene). Poate fi utilizat in programele de testare BD la 132-137° C, 1-3,5 min sau 121° C, 15-30 min. Daca acest ciclu BD nu este disponibil, poate fi utilizat un ciclu normal de 134° C timp de pana la 9 minute. De asemenea, testul poate fi folosit in sterilizatoare vechi fara programe de testare Bowie-Dick si timpi de sterilizare mai lungi, fara a pierde sensibilitatea. Daca toate cele sase bare ale indicatorului chimic se transforma de la galben in negru, est
