

---

## **Recipient/Recipiente/Recipienti 1.5 L=Cutie plastic colectare intepatoare-taietoare CU ADR**

I.D.: 94694379

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 15.03.24 | Coduri CPV | 33141123-8 44613800-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 456,56 RON - 456,56 RON |
|-------------------|-------------------------|

---

Descriere: Recipient pt. intepatoare-taietoare 1.5 L BIOSAFE: recipiente din material plastic rigid (polipropilena) cu posibilitate de inchidere temporara si definitiva; Forma de trunchi de con, cu o rezistenta mecanica ridicata; Capacul recipientelor prezinta orificii speciale pentru detasarea acelor de seringa, a lamelor de bisturiu, etc., precum si a altor deseuri intepatoare-taietoare de dimensiuni mai mari. Sistemul de inchidere definitiva reduce posibilitatea de contaminare a personalului care manipuleaza deseurile intepatoare-taietoare, cat si re folosirea de catre persoane din exteriorul unitatilor sanitare; Recipientul este prevazut cu maner rezistent pentru a fi usor transportabil, este de culoare galbena si este marcat cu pictograma "Pericol biologic"; Odata inchis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare. In urma acestui proces nu rezulta deseuri toxice; Recipientele sunt etichetate conform Ordinului MS nr. Ordinul nr. 1226 / 2012 publicat in Monitorul Oficial nr 855 din data de 18.12.2012; Conform cu ADR - Certificat UN N. CO020797; UN 3291; Conform standard NFX-30-500; Conform standard BS 7320; recipientele sunt avizate de Ministerul Sanatatii - Institutul de Sanatate Publica cu Referatul Tehnic numarul 393 / 03.02.2006. Produs poarta marca CE si ISO. Producator AP MEDICAL ITALIA. REPRESENTANT UNIC ALPHA BRIO MEDICAL. produsul are certificat ADR.(IPROCHIM) Singur Recipient din Romania Certificat si testat in conformitate cu Directiva Europeana 2008/68/eu

---