

constatare tehnica si remediere defectiuni la doua fibrobronhoscoape de fabricatie Storz

I.D.: 49436294

Data publicarii 07.09.20 Coduri CPV 50000000-5 50421000-2

Termenul limita pentru depunere: 08.09.20

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la doua fibrobronhoscoape de fabricatie Storz (SN 2224538 si SN 59156) (eroziune exterioara si lipsa imagine, pierdere de aer la verificarea testului de etanseitate). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical mai sus mentionat
