

Teste Bowie Dick

I.D.: 70080521

Data publicarii	09.06.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 686,00 RON - 686,00 RON

Descriere: PROMOTIE - Test de sterilizare pentru monitorizarea zilnică a sterilizatoarelor cu abur la o temperatura de 134°C si 137°C este folosit pentru detectarea scurgerilor de aer. Testeaza penetrarea corecta a aburului in timpul sterilizarii. Testele sunt gata de utilizare. Prevazut cu indicator de proces (arata cand ambalajul a fost folosit) pe eticheta ambalajului. Pe fiecare pachet sunt tiparite: lotul, data fabricatiei si a expirarii. Pretul afisat / test. ISO 11140-4, care este EN 867-5. Se pastreaza la temperatura camerei, in locuri fara umiditate si protejate de lumina solara Sterilizarea se realizeaza la 121 grade C timp de 15 min. 134 grade C timp de 3.5 min. Ambalare : 20 buc/cutie Marcaj CE
