

## FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE - PARTEA 1

I.D.: 29021737

Data publicarii	20.06.18	Coduri CPV	33100000-1
Termenul limita pentru depunere:	26.06.18		

Descriere: 1. Canapea de examinare cu suprafata din 2 sectiuni - cu structura din otel vopsit in camp electrostatic - sectiune de cap reglabilă manual minim  $\pm 40^\circ$  - dimensiuni suprafata de examinare (lxL):  $630 \times 2000 \text{ mm} \pm 5\%$ ; - inaltime fixa: 600 mm; - saltea cu husa ignifuga, lavabila, usor de curatat si dezinfecțat, cu posibilitatea alegerii culorii - suport rola de hartie - capacitate: minim 150 kg 2. Lampa de examinare mobila cu led - lampa pe suport mobil cu brat flexibil - baza metalica cu 4 roti, dintre care 2 antistatici si blocabile - cu maner sterilizabil pe cupola - intensitate luminoasa la 1 m: minim 80.000 lux - temperatura de culoare: 4.500K - durata de viata a ledurilor: peste 50.000 ore - indicele de redare a culorii CRI: minim 95 - diametrul campului luminos d10 la 1 m: minim 16 cm - reglarea intensitatii luminoase in minim 3 trepte de la 100% la 30% - iradiere pentru 80.000 lux la 1 m distanta: maxim 290 W/m<sup>2</sup> 3. Negatoscop analog - dimensiuni totale  $1000 \times 102 \times 625 \text{ mm} \pm 5\%$ ; - dimensiunea suprafetei de vizualizare  $800 \times 430 \text{ (h) mm} \pm 5\%$ ; - 3 tuburi fluorescente de 30 W - consum maxim: 115W - temperatura de culoare a tuburilor: maxim 6.500 K - diminuarea de la 100% la 10% fara pierderea calitatii iluminarii - cu posibilitate de montare aparent sau in perete - greutate sub 30 kg 4. Paravan medical mobil cu 5 sectiuni - paravan mobil cu 5 sectiuni cu posibilitate de pliere si cadru din aluminiu anodizat - sectiunile sa fie prevazute cu material antistatic, antibacterian, ignifug, usor maxim 400 g/m<sup>3</sup> - latimea paravanului extins max. 260 cm si inaltimea max. 165 cm 5. Dulap metalic medicamente si materiale sanitare - cu structura metalica din otel vopsit in camp electrostatic alb - cu 2 usi de sticla in partea de sus si minim 3 rafturi si 2 metalice in partea de jos cu minim 1 raft metalic, usile sa fie prevazute cu incuietoare - dimensiuni totale:  $100 \times 40 \times 160 \text{ (h) cm} \pm 5\%$ ; 6. Carucior mobil cu 2 sertare - cu structura metalica din otel vopsit in camp electrostatic alb - suprafata de lucru sa fie din inox de dimensiuni  $600 \times 450 \text{ mm} \pm 5\%$  - cu 2 sertare cu amortizoare si o polita metalica in partea de jos - cu manere de manevrare - latimea maxima a caruciorului: 650 mm si inaltime maxima 970 mm - roti cu diametrul de minim 100 mm, cu rotile din fata blocabile 7. Scaun medic reglabil pe inaltime - sa fie mobil pe 5 roti pivotante si cu inaltimea ajustabila hidraulic in intervalul  $53\text{-}68 \text{ cm} \pm 5\%$  8. Stativ mobil solutii perfuzabile - stativul sa fie telescopic din inox cu inaltime reglabila minim 80 cm in intervalul  $130\text{-}210 \text{ cm} \pm 5\%$  - cu 4 carlige din inox, fiecare carlig sa suporte minim 2 kg - cu vas picurator - cu 4 roti, dintre care cel putin 2 blocabile, cu un diametru minim de 80 mm - diametrul bazei sa nu depaseasca 640 mm 9. Cantar digital adulti cu taliometru - cu taliometru telescopic in intervalul  $60\text{-}200 \text{ cm} \pm 5\%$  - gradatie:  $100 \text{ g} < 150 \text{ kg} > 200$  - cu cel putin urmatoarele functii: TARE, HOLD, IMC - dimensiunile platformei:  $270 \times 280 \times 75 \text{ mm} \pm 5\%$  - cu baterii incluse - sa suporte pana la 200 kg 10. Tensiometru pe stand mobil cu 5 roti - cu domeniul de masurare intre 0-300 mmHg, cu o precizie de  $\pm 3 \text{ mm Hg}$  - sa fie prevazut cu cos pentru manseta si cu manseta pentru adulti, fara latex - sa fie prevazut cu un tub spiralat de cel putin 3 m lungime 11. Scaun reclotare cu inaltime fixa - sa fie prevazut cu 4 sectiuni pentru cap, spate, sezut si picioare - inaltimea sa fie fixa maxim 530 mm - sa fie prevazut cu suporti de brate pentru reclotare reglabili si detasabili - sectiunile de cap, spate si picioare sa fie reglabile manual - sectiunea de cap sa permita reglarea pana la  $+/-45^\circ$  - scaunul sa fie mobil pe 4 roti de aprox. 80 mm diametru - sa suporte pana la 150 kg - sa poata fi reglat in pozitie orizontala cu sectiunea de spate reglata pana la  $80^\circ$  - dimensiuni totale scaun in sezut:  $660 \times 860 \text{ mm} \pm 5\%$  - dimensiuni totale scaun in pozitie orizontala:  $660 \times 1600 \text{ mm} \pm 5\%$  12. Lavoar apa sterilă cu 1 post - sa permita actionarea electrică atât a apei, cât și a sapunului - sa fie prevazut cu sifon de evacuare demontabil și autoclavabil, filtru de protecție pentru elementele de control, supape de sens, valva termostată pentru

mentinerea temperaturii apei in intervalul 30°C/40°C, reductor de presiune pentru presiune optima de lucru 1-3 bari, pipa de apa detasabila, dispenser de sapun electric cu fotocelula - sa fie prevazut cu sistem de prefiltrare in 3 stagi, cartuse filtrante de 5µm, 1µm, 0,6 µm, manometru de control - sa fie prevazut cu sistem de filtrare finala - lavoar de mici dimensiuni: maxim 600 x 600 x 760 mm±5% 13. Dulap din inox pentru materiale sanitare - sa fie prevazut cu 2 usi glisante din sticla cu incuietoare si 2 rafturi reglabile, un dulap si 2 sertare - dimensiuni: 160 h x 40 l x 100L cm±5% 14. Carucior pentru deseuri - sa fie mobil pe 4 roti, dintre care 2 blocabile - sa fie prevazut cu capac colorat si maner de manevrare - sa fie prevazut cu pedala pentru deschiderea capacului si un raft in partea de jos pentru sustinerea sacului de 80l - dimensiuni 45 x 51 x 94 cm±5% 15. Frigider medicamente - sa aiba o capacitate de cel putin 140 l - la interior sa fie prevazut cu 3 rafturi - iluminarea la interior sa se activeze prin comutator extern - cu dezghetare si evaporare automata a apei de condens - sa fie prevazut cu panou de control cu comutator on/off si termostat mecanic cu display LCD - dimensiuni totale: 60 x 62 x 85 h cm±5% 16. Canapea electrica tratament - cu inaltime reglabilă electric de la pedala in intervalul minim 46-90 cm - sa fie compusa din 2 sectiuni, cu sectiunea de cap reglabilă in jos pana la minim 20° si reglabilă in sus pana la minim 60° - sa fie prevazuta cu suport pentru prosop de hartie sub sectiunea de cap - sa fie acoperita cu un pad din spuma poliuretanica de cel putin 4 cm grosime - sa fie mobila pe 4 roti retractabile cu diametrul de maxim 80 mm si cu posibilitate de fixare pe podea - sa suporte cel putin 180 kg - dimensiuni totale: 2000 x 650 mm±5% 17. Sistem de administrare perfuzii cu incalzitor - pentru incalzire sange si solutii perfuzabile - sa fie prevazut cu unitati de control si de incalzire de dimensiuni reduse si un set de casete de incalzire sterile de unica folosinta - sa permita incalzirea direct la temperatura de 39°C - unitatea de control sa fie prevazuta cu panou de comanda cu indicatoare vizuale pentru temperatura, supraincalzire si service - casetele de incalzire sa fie din policarbonat si sa poata fi deplasate cu usurinta odata cu pacientul si sa permita utilizarea pentru cel putin 24 de ore, cu presiune maxima 300 mm Hg, rata de curgere intre 5-100 ml/ min - dimensiuni unitate de control: 290 x 120 x 200 mm±5% - dimensiuni unitate de incalzire: 170 x 80 x 50 mm±5% 18. Modul de incalzire lichide perfuzabile - cu posibilitatea de fixare pe suport mobil, perete sau pe o suprafata - sa permita folosirea pungilor cu lichid intre 0,5 si 3 litri - incalzirea fluidelor sa se faca in maxim 30 de minute pana la 40°C pentru pungile de pana la 2 litri si maxim in 45 de minute pentru pungile de 3 litri - sa fie prevazut cu sistem automat de pornire si oprire la asezarea sau indepartarea pungii de lichid - sa poata fi controlat individual si prevazut cu un display cu led pentru afisarea temperaturii setate - sa fie prevazut cu cel putin 2 senzori de temperatura pentru declansarea, incalzirea si mentinerea constanta a temperaturii in intervalul 0-2° fata de temperatura stabilita si sa semnalizeze vizual si sonor orice modificare fata de temperatura stabilita - dimensiuni maxime: 185 mm x 340 mm x 210 mm 19. Troliu medicatie - troliu mobil cu structura din inox si suprafata de lucru din inox cu margini anticadere - sa fie prevazut cu cel putin 6 sertare cu fatete colorate - sertarul sa aiba cosuri detasabile din plastic si sa fie prevazute cu amortizoare pentru inchidere usoara, silentioasa - sa fie prevazut cu inchidere centralizata, cu amortizoare de protectie la colturi rezistente la soc - sa fie prevazut cu cel putin 10 cutiute de medicatie rabatabile in partea de sus a troliului, 2 suporturi pentru manusi, 1 suport de container pentru deseuri intepatoare, 1 cos pentru deseuri, 1 stativ din inox - suprafata de lucru sa suporte minim 20 kg - sa fie prevazut cu 4 roti pivotante dintre care cel putin 2 prevazute cu frane - dimensiuni totale: 75(L) x 55(D) x 90(H) cm±5% 20. Masuta instrumentar din inox - sa fie prevazuta cu 2 polite din inox cu margini anticadere - sa fie prevazuta cu manere de manipulare din inox - sa fie mobila pe 4 roti, dintre care 2 blocabile - sa sustina 200 kg, cate 100 kg/polita - dimensiuni totale: 116 x 72 x 90 cm±5% 21. Troliu mobil materiale sanitare - sa fie din inox si prevazut cu cel putin 4 cosuri de depozitare - in partea de jos sa fie prevazut cu o polita care sa suporte cel putin 5 kg - sa fie prevazut cu 4 roti de maxim 80 mm diametru, dintre care 2 cu frane - sa suporte in total cel putin 16 kg - dimensiuni totale: maxim 58 x 60 x 138 cm 22. Unitate mobila de tratament pentru asistente - sa fie prevazuta cu scaun tip sa pentru asistente si cu suport pentru brat sau picior legat la scaun, ambele prevazute cu roti de maxim 80 mm, cel putin 3 dintre roti prevazute cu frane - suportul de brat sau picior sa poata fi rotit la 360° - scaunul si suportul de brat sau picior sa permita deplasarea in acelasi timp si sa permita rotirea suportului de brat sau picior - unitatea de tratament sa poata fi reglata pe inaltime, atat scaunul cat si suportul de brat sau picior - sa fie prevazuta si cu etajera din inox pliabila, tavita detasabila, cos de depozitare din inox si suport din inox pentru 2 recipiente de dezinfecstant