

---

## **Test/teste Helix PCD abur control incarcatura 3.5 min/134 C - REF NR 22342/15.11.2022 - STERILIZARE**

I.D.: 75933452

---

Data publicarii	28.11.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 60,00 RON - 60,00 RON

---

Descriere: Test Helix PCD pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 3.5 minute la 134 C Termen de valabilitate: 5 ani de la data fabricatiei Marcaj CE, declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Conformitate standard EN ISO 11140-1, EN 867-5 Ambalare: Pachet: dispozitiv+ 250 indicatori.

---