

CONSUMABILE STERILIZARE

I.D.: 82656162

Data publicarii 24.05.23 Coduri CPV 33198200-6

Pretul estimativ: 5.162,00 RON - 5.162,00 RON

Descriere: TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. AMBALARE 20 TESTE BOWIE DICK / CUTIE. Etichete cu suport dublu adeziv și indicator de proces pentru sterilizarea cu abur. Dimensiunea etichetei: 29x28mm / 32X28mm. Eticheta este din Hârtie Vellum pe suport dublu adeziv axcrylic. produs fara latex. Fabricat conform Standard STEAM ISO11140-1 Cerneală netoxică clasa 1 Indicatorul de proces, după ciclul de sterilizare la autoclav, se transformă de la roz la maro. CONFORMITATEA PRODUSULUI EN ISO 11140-1: 2014 Indicator de clasă 1.EN ISO 14001: 2015 și certificare a calității EN ISO 9001: 2015 Pentru utilizare facila (in cazul volumelor mari) se recomanda folosirea lor cu aparatul de etichetat si inscriptionat aflat in stoc. Mod de ambalare: rola cu 500 de etichete dublu adezive. Rola plata pentru impachetat instrumentar, diverse materiale in vederea sterilizarii cu urmatoarele caracteristici: - Pliabilitate excelenta - Rezistenta mecanica foarte mare - Bariera microbiana in conformitate cu EN- ISO 11607-1/-2 si UNI EN 868 Compozitie: - Hartie medicala min 60 gr t