

Test Rapid COVID-19 Antigen Nazofaringian Teste Vazyme 1 Buc

I.D.: 62008112

Data publicarii	15.10.21	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 70,00 RON - 70,00 RON

Descriere: Dispozitiv de testare este destinat detectiei calitative clinice a antigenilor SARS COVID-19 cu ajutorul tamponului de recoltare din secretiile nazale si orofaringiene. Dispozitiv de testare de diagnostic in vitro, destinat doar uzului profesional. Produs recunoscut de Comisia Europeana. Continut pachet: 1x caseta de testare 1x tub de extractie cu solutie 1x betisor de recoltare a probelor din bumbac 1x manual de utilizare Indicatori de performanta: Rata de coincidenta ca referinta pozitiva: PC1 ~ PC8: rezultatele de detectare SARS-CoV-2 sunt toate pozitive Rata de coincidenta ca referinta negativa: NC1~NC20: Rezultatele de detectie SARS-CoV-2 sunt toate negative Precizie intre loturi: testul de repetabilitate se efectueaza pentru trei loturi de kituri, iar rezultatele testelor celor trei loturi de kituri indeplinesc cerintele de repetabilitate. Cerinte importante: Inainte de testare, dispozitivul de testare trebuie complet readus la temperatura camerei Odata ce caseta de testare a fost deschisa aceasta trebuie utilizata in termen de 1 ora Produsul trebuie depozitat sigilat, la o temperatura care poate varia intre 4°C și 30°C, ferit de lumina Nu cititi rezultatele dupa 15 minute Metoda de testare: Recoltati proba nazala sau orofaringiana cu ajutorul betisorului de recoltare din bumbac si rotiti de 5 ori Scoateti capacul alb din tubul de extractie Introduceti betisorul de recoltare in tubul de extractie care contine solutia Introduceti proba in tubul de extractie. Invertiti si
