

Diverse produse (conform descrierii)

I.D.: 6647426

Data publicarii 06.06.15 Coduri CPV 33100000 38500000 38900000 42931100 38433000

Termenul limita pentru depunere: 14.07.15 09:30

Descriere: IV. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, urządzeń do produkcji wody laboratoryjnej, urządzeń do spektrometrii w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” (zwanego dalej także przedmiotem zamówienia/urządzeniem). 2. Przedmiot zamówienia określony został w osiemnastu zadaniach (ofertach częściowych) następująco: Zadanie nr 1 – Komora laminarna – 5 kpl. Zadanie nr 2 – Dygestorium – 1 kpl. Zadanie nr 3 – Termomikser – 3 kpl. Zadanie nr 4 – Inkubator z wytrząsaniem – 2 kpl. Zadanie nr 5 – Cieplarka mikrobiologiczna – 2 kpl. Zadanie nr 6 – Inkubator do hodowli embrionów – 1 kpl. Zadanie nr 7 – Inkubator CO2 o poj. min. 180 litrów – 2 kpl. Zadanie nr 8 – Inkubator trójgazowy o poj. min. 240 litrów – 1 kpl. Zadanie nr 9 – Wirówki – 5 kpl. Zadanie nr 10 – Wagi laboratoryjne – 4 kpl. Zadanie nr 11 – Zestaw łaźni laboratoryjnych – 1 kpl. Zadanie nr 12 – Spektrofotometr – 1 kpl. Zadanie nr 13 – Lampa bakteriobójcza przepływowa – 8 kpl., Lampa bakteriobójcza ścienna – 1 kpl., Lampa bakteriobójcza naścienna – 2 kpl. Zadanie nr 14 – Filtr wodny – 1 kpl., Destylator – 1 kpl. Zadanie nr 15 – System oczyszczania wody – 3 kpl. Zadanie nr 16 – Analizator hematologiczny – 1 kpl. Zadanie nr 17 – Termocykler gradientowy – 1 kpl. Termocykler – 1 kpl. Zadanie nr 18 – Wyciągacz mikropipet – 1 kpl. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyspecyfikowany szczegółowo w Załączniku nr 6 do SIWZ – „Formularz asortymentowy / opis przedmiotu zamówienia” odpowiednio dla poszczególnych zadań. 4. Montaż obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca instalacji, rozpakowanie, rozmieszczenie, zainstalowanie, podłączenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych testów, prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie urządzeń do użytku. 5. Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji (dotyczy zadań od 2 do 18) oraz co najmniej 36 miesięcy (dotyczy zadania 1) na urządzenia, części urządzeń i elementy zużywalne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający wymaga urządzeń fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nie będących uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych, które po zamontowaniu będą gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 7. Rozwiązania równoważne: 7.1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 7.2. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7.3. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze od wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia) oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 6 do SIWZ (Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia). 7.4. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 7.5. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy urządzeń będących przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 9. Aparatura będąca przedmiotem niniejszego postępowania będzie wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia badań naukowych i/ lub prac rozwojowych. 10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1 – urządzenia medyczne 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza 38900000 4 – różne przyrządy do badań lub testowania 42931100-2 – wirówki laboratoryjne 38433000-9 – spektrometry.
