

---

## Furnizare baie termostata

I.D.: 38971023

---

Data publicarii	09.10.19	Coduri CPV	42943000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 16.10.19

---

Descriere: Spitalul Municipal "dr. Eugen Nicoara" Reghin intentioneaza achizitia unei bai termostatate cu urmatoarele caracteristici : 1. Dimensiuni maxime L=350 mm, l=350 mm sau fi=350 mm, H=120 mm; 2. Greutatea max. 3 kg; 3. Capacitate 1,5 - 2 litri; 4. Temperatura maxima reglabila = 90 grade C; 5. Alimentare 220-230 V / 50 Hz

---