
sticlari

I.D.: 28329735

Data publicarii	22.05.18	Coduri CPV	33793000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.18	Pretul estimativ:	2.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Coloana analitica pentru GC-MS VF-17ms 30m x 0.25mm x 0.25um CP8982catalogId=CP8982 faza staționara: 50 % phenyl/50 % dimethylpolysiloxan (polaritate medie) Ultralow bleed Ideal pentru aplicații de mediu și clinice EPA confirmation column coloană testată cu cele mai stricte specificații QC din industrie pentru fenomenul de bleeding, sensibilitatea și eficiența coloanei Lungime: 30m Diametru intern: 0.25mm Grosime film:0.25 um Temperatura 330 °C Gaz vactor: heliu Coloana „Low bleed” certificata MS de către producător
