
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B (MATERII FECALE)

I.D.: 86994796

Data publicarii	15.09.23	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.520,00 RON - 13.520,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: TEST IMUNOCROMATOGRFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII FECALE - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
