
Test indicator sterilizare Bowie Dick +ROLE / ROLA STERILIZARE PLATA CU INDICATOR ABUR

I.D.: 58960845

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.07.21 | Coduri CPV | 33198200-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.552,00 RON - 1.552,00 RON

Descriere: LOT 17)TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. LOT18)ROLE / ROLA STERILIZARE PLATA CU INDICATOR ABUR / AUTOCLAV 75 mm x 200 m LOT 19)ROLE / ROLA STERILIZARE PLATA CU INDICATOR ABUR / AUTOCLAV 100 mm x 200 m
