

Teste sterilizare

I.D.: 89452030

Data publicarii	13.11.23	Coduri CPV	33198200-6 38341500-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.202,50 RON - 4.202,50 RON

Descriere: Bowie-Dick Card de unica folosinta pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. Ambalare: 120 carduri/cutie. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; Dimensiune 90 x 50 mm Schimbarea culorii de la mov la verde Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Marcaj CE; Declaratie de conformitate UE Regulament MDR 745/2017 Ambalare: 120 carduri/cutie-----Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, punga, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cerneala se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Condiitiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearothermophilus Certificat de calitate pe fiecare lot in parte, conform cerintelor ISO 11140-1 Intructiuni in limba romana , despre utilizarea produsului si citirea rezultatului Grafic de schimbare a culorii pentru a identifica usor eventualele erori in procesul de sterilizare Va
