

Servicii de intretinere, verificare si reparatie pentru aparatura medicala

I.D.: 81467092

Data publicarii	27.04.23	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.000,00 RON - 20.000,00 RON

Descriere: ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE BT 1500 S/N 47131920 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE 3 DIFF ELITE 3 S/N 906403 ANALIZOR SEMIAUTOMAT DE URINA URILYZER 100 S/N 6000661 STATIE APA ADRONA CRYSTALL EX S/N 4998 1. Analizor automat de biochimie BT1500 Plus, producator Biotechnica Instruments (Italia) Necesita: - Verificare tehnica lunara generala conform meniu test service si revizie la 12 luni conform programului autodiagnostic (schimbarea kitului de mentenanta (ace de pipetare, tubulatura, pompa peristaltica, filtre) - Verificarea parametrilor transmisiei optice, a acului de pipetare (tensiune-rezistenta senzori de nivel), cuvelor de citire, pompa de vacuum - Inlocuirea lampii UV 12V/35W in functie de transmisia optica sau/si la expirarea duratei medii de utilizare (1500 ore) - Inlocuirea pieselor de schimb la defectiuni accidentale 2. Analizor semi-automat de hematologie "Hemolyzer 3", producator Analyticon Biotechnologies Necesita: - Verificarea acului de pipetare si a statiei de spalare corespunzatoare, curatare prin spalari cu solutie concentrata de clor - Inlocuirea pieselor de schimb - Revizie periodica 3. Analizor semi-automat de urina Urilyzer 100, producator Analyticon Biotechnologies Necesita: - Verificare tehnica periodica si revizie la 12 luni - Curatarea caruselul de probe si sistemului optic de citire - Verificarea calibrarii interne - Verificarea citirilor de probe, teste mecanice - Inlocuirea pieselor de schimb 6. Statie de apa 'Crystal EX', producator Adrona (Letonia)
