

## Masurare debite de doza si elaborare Buletin Doza Arie CT

I.D.: 45181167

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.03.20 | Coduri CPV | 90721600-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 555,00 RON - 555,00 RON

---

Descriere: Masurare debite de doza si elaborare Buletin Doza Arie CT -1 BUC -Măsurare debite de doză în zonele controlate și în spațiile adiacente zonelor controlate și elaborare Buletin de Verificare Periodică a Eficacității Ecranelor de Radioprotecție (Buletin de Doză de Arie - B.D.A.) pentru CT ASTELION ADVANCE. În cazul în care debitele de doză identificate depășesc valorile normate se va prezenta motivat situația beneficiarului. Soluția pentru remedierea situației constă în realizarea unui breviar de calcul și efectuarea unei ecranări corespunzătoare. Se va reveni pentru măsurare la o dată ulterioară, stabilită de comun acord. Aceste situații vor fi tarifate la o valoare convenită în prealabil cu beneficiarul. Serviciile se vor presta cu condiția prezentării de către beneficiar a Autorizațiilor de Utilizare eliberate de C.N.C.A.N., în termen de valabilitate, pentru instalațiile în cauză și predarea către prestator a unor foto-copii semnate de conformitate cu originalul. Prestarea serviciilor se face în baza unui document de tip comandă scrisă fermă, emisă și semnată de beneficiar. În timpul efectuării măsurărilor instalațiile în cauză vor fi manipulate de personalul operator care le utilizează în mod curent. În consecință, orice defecțiune apărută în timpul efectuării măsurărilor nu va putea fi imputabilă reprezentantului prestatorului care a efectuat măsurătorile. În vederea emiterii Buletinului de Doză de Arie, achizitorul va fi responsabil cu asigurarea accesului reprezent

---