
**PACHET 2 STANDARDE DE LABORATOR - CERERE SEAP
ADV1221044 / 16.06.2021 APAVIL VALCEA**

I.D.: 58225859

Data publicarii	22.06.21	Coduri CPV	33696300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: PACHET 2 STANDARDE DE LABORATOR - CERERE SEAP ADV1221044 / 16.06.2021 APAVIL VALCEA Pachetul contine : 1.Clorura de potasiu - solutie 0,01 mol /l - standard de conductivitate 1413 μ S/cm (25 °C) trasabil NIST si PTB - E-SET Trace WTW - COD 300572 - SET 6 FL. x 50 ML = 1 SET x 750,00 LEI 2.Standard UV-VIS 1a - dicromat de potasiu solutie 600 mg/l pentru verificare absorbanta la 430 nm, conform Ph Eur Certipur® MERCK - COD 104660.0001 - SET 8 FIOLE x 10 ML = 1 SET x 750,00 LEI (2 FIOLE Solutie Dicromat de potasiu 600 mg/l + 6 FIOLE solutie de acid sulfuric) Setul este suficient pentru 2 verificari complete. Total pachet : 1500,00 LEI Termen de livrare : 21 - 45 zile de la comanda (incepand cu fiecare zi de luni a saptamanii, ora 12,00) in functie de stocurile producatorilor.
