

Test (teste) rapid nazofaringian Antigen SARS-CoV-2, COVID-19, lista DSP si CE,

I.D.: 87289861

Data publicarii	21.09.23	Coduri CPV	38540000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.396,00 RON - 1.396,00 RON

Descriere: , , , Test rapid cu recipient preumplut cu reactiv. Sensibilitate: 98,00%, Acuratete: 99,70 %
Produsul este avizat de Ministerul Sanatatii, agreat de DSP si se afla in lista comuna a Comunitatii Europene, cod raportare 1363. COVID-19 Antigen Rapid Test este un test imunologic cu flux lateral bazat pe principiul tehnicii sandwich dublu-anticorp. Anticorpul monoclonal proteic nucleocapsidic SARS-CoV-2 conjugat cu microparticule de culoare este utilizat ca detector și pulverizat pe tamponul de conjugat. În timpul testului, antigenul SARSCoV-2 din specimen interacționează cu anticorpul SARS-CoV-2 conjugat cu microparticule de culoare care formează un complex marcat antigen-anticorp. Acest complex migrează pe membrană prin acțiune capilară până la linia de test, unde va fi captat de anticorpul monoclonal proteic nucleocapsidic SARS-CoV-2 pre-acoperit. O linie de test colorată (T) ar fi vizibilă în fereastra de rezultat dacă antigenii SARS-CoV-2 sunt prezenți în specimen. Absența liniei T sugerează un rezultat negativ. Liniamartor (C) este utilizată pentru controlul procedural și ar trebui să apară întotdeauna dacă procedura de testare este efectuată corect. Materiale furnizate - 25 casete de testare: fiecare casetă cu sicativ ambalat individual în folie de plastic - 25 Tuburi cu reactiv de extracție: fiolă conținând 0,3 mL de reactiv de extracție - 25 tamponane sterile
