
Test indicator sterilizare Bowie Dick PACHET abur autoclav

I.D.: 41483919

Data publicarii	14.01.20	Coduri CPV	33124131-2 33772000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	350,00 RON - 350,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. PRETUL AFISAT/TEST BOWIE DICK PACHET
