

---

## INDICATORI BIOLOGICI -BLOC OPERATOR -AMBULATOR

I.D.: 91170190

---

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Test biologic sterilizare abur FIOLA ATCC 7953 PROMOTIE -BLOC OPERATOR Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav FIOLA 121 / 134 PROMOTIE AMBULATOR NUMAR DE REFERINTA: BT20 PRET DE CATALOG: 4,60 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: fiola COD SI DENUMIRE CPV: 33198200-6 Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2) DESCRIERE: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10<sup>6</sup> - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE ... mai departe 100,00 Increase value Decrease value 4,60 460,00 Indicator chimic / indicatori chimici integrator sterilizare ABUR clasa 5 TEST REZISTOMETRU-AMBULATOR NUMAR DE REFERINTA: 572 PRET DE CATALOG: 0,12 RON / Unitate de masura UNITATE DE MASURA: strip COD SI DENUMIRE CPV: 33198200-6 Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2) DESCRIERE: STRIP INTEGRATOR PENTRU STERILIZARE CU ABUR (NEADEZIV) MONITORIZEAZA TOTI PARAMETRII CRITICI: TIMP, ... REF 11436/12.12.2023 REF 11696/19.12.2023

---