

Verificare periodica

I.D.: 63199983

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.11.21 | Coduri CPV | 35111100-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.385,00 RON - 2.385,00 RON

Descriere: include verificarea vizuala a aparatului, verificarea parametrilor impusi de funcționare (testarea computerizata), inlocuire inel "O" racord de legatura reductor aparat - robinet butelie, verificare aspect vizual, date de identificare si conformitate, verificare si refacere presiune incarcare si verificare etanseitate butelie aparat; - se vor emite: buletine de verificare și conformitate cu prescripțiile legale în vigoare: Cartea tehnică a aparatelor, standardele europene in vigoare pentru aparate de respiratie cu aer comprimat SR EN 137, respectiv prescriptiile PT C5 ISCIR (pentru butelii metalice) sau SR EN 11623 (pentru butelii nemetalice) si SR EN 12021 (calitate aer) pentru butelii;
