

## Statie de incarcare si calibrare baterii cu 4 porturi de incarcare pentru acumulator defibrilator ZOLL X SERIES

I.D.: 57612127

---

Data publicarii	04.06.21	Coduri CPV	31158100-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.06.21	Pretul estimativ:	16.000,00 RON - 16.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Caracteristici tehnice, si documente necesare : • Statie de incarcare si calibrare cu 4 porturi pentru a acomoda 4 baterii simultan • Dimensiuni maxime: 41cm x 28 cm x 16 cm • Greutate maxima 7 kg fara baterii incluse • Consum de putere maxim 200 VA • Temperatura de operare cuprinsa intre 0 - 50 grade Celsius • Temperatura de stocare si transport cuprinsa intre -40 - 70 grade Celsius • Rezistenta la umiditate relativa, fara condens, cuprinsa intre 5 - 95% • Protectia la patrunderea particulelor de aer si apa IPX1 • Operare la altitudine cuprinsa intre -91 metri si 6096 metri (sub si deasupra nivelului marii) • Interfata cu utilizator - buton de test pentru fiecare port de incarcare • Sa aiba indicatoare pentru incarcarea bateriei, baterie complet incarcata, calibare baterie si eroare pentru fiecare port in parte • Sa aiba butoane separate pentru cele 4 porturi de baterii pentru gestionarea fiecarei baterii individual • Sa aiba protocoale de incarcare: autotest, incarcare rapida, test manual • Sa realizeze un autotest la conectarea statiei la curent alternativ fara baterii • Sa aiba indicator LED care sa lumineze atunci cand statia este conectata la curent alternativ • Protocolul de autotest sa descarce complet bateria inainte de reincarcarea acesteia pentru a extinde durata de viata a bateriei • Protocolul de incarcare rapida sa inceapa incarcarea bateriei imediat • Protocolul de test manual sa permita testarea si recalibrarea bateriilor • Produsul trebuie sa prezinte garantie minim 24 de luni de la data incheierii procesului verbal de punere in functiune • Sa aiba butoane si indicatoare separate pentru cele 4 porturi de baterii pentru gestionarea fiecarei baterii individual • Ofertantii vor depune o declaratie eliberata de producator in vederea asigurarii autoritatii contractante asupra disponibilitatii pe piata din Romania a consumabilelor si accesoriilor • Certificate ISO 9001:2008 sau echivalent pentru firma producatoare si firma furnizoare-copie conform cu originalul; • Certificat de conformitate CE sau Declaratie de conformitate CE pentru produs - copie conform cu originalul; • Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii Publice din Romania pentru comercializare, punere in functiune si service, pentru furnizor - copie conform cu originalul; • Ofertantul sa asigure punerea in functiune, si instruirea personalului in vederea folosirii statiei

---