
Revizie tehnica periodica pentru Nisa Chimica cu exhaustare TA1500 marca WALDNER

I.D.: 55406407

Data publicarii	24.03.21	Coduri CPV	50800000-3 50413000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.300,00 RON - 1.300,00 RON

Descriere: - conform ofertei discutate. In cadrul reviziei se verifica urmatoarele: 1.Verificare ventilator exhaustare - verificare contacte electrice - verificare tensiune faze - verificare sens rotatie - verificare sisteme prindere si sustinere al motorului 2. Verificare conexiuni electrice si electronice -verificare conexiuni electrice in cutia de conexiuni - verificare prize electrice - verificare conexiuni FAZ -verificare relee FAZ 3. Verificare debit exhaustare -se verifica si se calibreaza debitul de exhaustare 4. Verificare tubulatura -se verifica imbinarile traseului de exhaustare -se verifica elementele de fixare a tubulaturii 5. Curatare panou posterior - se demonteaza se curata panoul dupa care se remonteaza 6. Verificare iluminat - se verifica intensitate luminii se curata geamul 7. Verificare sash - se verifica starea curelelor si a rolelor - se verifica sistemul de blocaj (anticadere) 8. Verificare alarme - se verifica alarma pentru debit - se verifica alarma pozitie sash 9. Verificare etanseitate blat lucru - se verifica etanseitatea blatului de lucru si se resiliconeaza daca este cazul 10. Emitere raport in care se specifica verificarile efectuate, defectiunile gasite si modul de remediere.
