

Informatii referitoare la oferta tehnica si financiara aferenta aparaturii pentru care unitatea intentioneaza sa publice o procedura de licitatie deschisa

I.D.: 57264012

Data publicarii	25.05.21	Coduri CPV	33100000-1 33111000-1 33112200-0 33115000-9
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere: 28.05.21

Descriere: Prin prezenta, având în vedere intenția unității noastre de a achiziționa un computer tomograf, un aparat de radiologie digital și 2 buc ecografe, prin aplicarea procedurii de licitație deschisă pe loturi, cu posibilitatea ofertării pentru un lot sau mai multe, vă rugăm să ne transmiteți la adresa de email: aprovizionare@spitalulparhoniiasi.ro, până la data de 28.05.2021 ora 12.00, oferta dumneavoastră, care să conțină descrierea tehnică, prețul fără tva și timpul estimat de livrare. Facem următoarele precizări: 1. valoarea pentru computer tomograf fără tva este de 1.344.500 lei; cerințe minime: - minim 64 secțiuni - elemente de detector : minim 24.500 - număr de proiecții într-o secundă pe rotație completă de 3600 : 1900 - grosime minimă slice achiziționat în modul spiral: maxim 0,67 mm - suplimentar livrarea unui tub de schimb - garanție aparat- minim 24 luni 2. valoarea pentru aparat de radiologie digital fără tva este de 1.260.500 lei cerințe minime: - aparat de radiologie mobil cu 2 dedectori - sistem PACS - server și 4 clienti - stație de PP multimodalitate - aplicații cardio, urologie, pneumo - sursă UPS - 2 buc - 2 uși plumbate - gol de 1,20 m- 80 cm foaia - 2 uși plumbate automate cu gol de 1,5 m - 2 buc ferestre cu plumb - 4 ventilatoare: 2 pentru aport aer proaspăt și 2 pentru evacuare aer ionizat - 2 buc inverter cu filtru HEPA - garanție aparat- minim 24 luni 3. valoare ecograf fără tva 1 buc - 210.084 lei - monitor minim 21,5 inch - ecograf multidisciplinar, staționar, performant - monitor montat pe braț articulată, înclinabil sus/jos și cu rotire stânga/dreapta în plaja de minim ± 1350 - să aibă cel puțin 5 porturi de conectare simultană a sondelor de imagine 2D - să aibă cel puțin 6 suporturi traductoare - doppler color - să se poată utiliza pentru examinare cardiacă și să aibă aplicații în urologie (formule de volum pentru prostată; măsurători pentru vezicula seminală și arterele și venele iliace în modul doppler spectral) - garanție aparat- minim 24 luni
