
Mentenananta sterilizator cu plasma HPS80-HPS100

I.D.: 84629333

Data publicarii	14.07.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.250,00 RON - 2.250,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: verificarile parametrilor de functionare conform cartii tehnice a fiecarui echipament; evaluarea parametrilor definatorii de performanta, prin examinare si testare; verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenarilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specificate admise; emiterea unui buletin de verificare tehnica; interventii pentru reparatii la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 48 ore(zile lucratoare) din momentul primirii cererii; rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ; activitati de demontare/ montare, in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical; asistenta tehnica gratuita, in cadrul programului normal de lucru al prestatorului, in vederea remedierii defectiunilor minore care nu necesită deplasarea specialistilor de service; se va incheia un contract de servicii pentru un echipament (cel functional)
