
Revizie tehnica anuala Masa Chirurgicala Steris Himax/ AMSCO 3085/ CMAX/ Surginox/Himax

I.D.: 82642584

Data publicarii 26.05.23

Coduri CPV

71632000-7

Pretul estimativ: 1.320,00 RON - 1.320,00 RON

Descriere: Procedura include: - verificarea sistemului pneumatic; - verificarea sistemului electric; - verificari de functionalitate. - verificari vizuale si calitative; - setari si ajustari parametri; - verificare nivel 0 si recalibrare; -verificare functionare senzori - verificare nivel ulei/inlocuire ulei - verificare si eliminare (incaz de posibilitate) a erorilor de soft - functionalitate accesorii; - teste de electrosecuritate. suport@hellimed.ro
