

---

## **Indicator biologic/ Indicatori biologici abur super rapid fluorescenta 1 ora BIONOVA BT222**

I.D.: 100301028

---

Data publicarii	17.07.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	615,00 RON - 615,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de incubare 60 minute la 60 C, in incubatoarele smart cu autocitire Bionova, prin metoda de detectare fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Rezultatul este tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele de sterilizare. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator Conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 si EN ISO 11138-8 in vigoare Pprezinta rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, in conformitate cu standardul EN ISO 11138-8. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei. Ambalare: 50 fiole/cutie.

---