

---

## Aparat de analiza bob intreg

I.D.: 24102391

---

Data publicarii	21.11.17	Coduri CPV	38434000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.11.17	Pretul estimativ:	76.820,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Furnizarea unui aparat de analiza bob intreg pentru determinarea umiditatii, proteinei, indicelui de sedimentare, glutenului informativ. Caracteristici tehnici: alimentare-220V, 50Hz; afisaj-LCD color; volum minim de proba - 600ml; durata maxima de analiza - 50 secunde; Parametri determinati: umiditate, proteina, grasime, indice de sedimentare, gluten; Rezolutie inalta; acuratete ridicata; temperatura de lucru : 15-40 C; tiparire rezultate analize pe imprimanta integrata in aparat

---